


MODELO: 5654383-R

DESCRIÇÃO TÉCNICA COMPLETA: EQUIPAMENTO DE RESFRIAMENTO DE TEMPERATURA, RECONDICIONADO, DA MARCA GE, DENOMINADO COMERCIALMENTE CHILLER FRU KIT (KIT DE REFRIGERACAO FRU), QUE TEM POR FUNCAO A REFRIGERACAO DO SISTEMA DE IMAGENS, PARA UTILIZACAO EM SISTEMA DE IMAGEM DO APARELHO DE DIAGNOSTICO MEDICO POR RAIOS X HOSPITALAR, DA MARCA GE, PARA USO MEDICO-HOSPITALAR EM SAUDE HUMANA, MANTENDO A ORIGINALIDADE DO REGISTRO ANVISA, PART NUMBER 5654383-R

MARCA: GE PRECISION HEALTHCARE LLC



Os processos de fabricação, armazenamento e distribuição deste produto seguem normas das certificações de MDSAP (Medical Device Single Audit Program), ISO 13485, Boas Práticas de Fabricação, entre outras.

O produto foi submetido a testes em conjunto com todos os componentes do equipamento médico, sendo comprovada sua segurança e eficácia, mantendo as características e design do projeto do equipamento e cumprindo os requisitos regulatórios abaixo:

TESTES E VALIDAÇÕES

Portaria Inmetro nº 200, de 29 de abril de 2021

Portaria Inmetro nº 384, de 18 de dezembro de 2020

GARANTIA DE SEGURANÇA E EFICÁCIA

RDC ANVISA nº 848/2024

RDC ANVISA nº 751/2022

VALIDAÇÃO DE FORNECEDORES

RDC ANVISA nº 665/2022