


MODELO: 8772120-33-R

DESCRIÇÃO TÉCNICA COMPLETA: ESTACAO DE TRABALHO, DA MARCA GE, NOME COMERCIAL 12INCH ALL IN ONE COMPUTER WITH PCAP TOUCH. 8G RAM. UPGRADE MAINBOARD., CCOMPUTADOR TUDO-EM-UM COM TELA, COMPOSTO POR PAINEL DE EXIBICAO, TELA SENSIVEL AO TOQUE E PLACA-MAE, POSSUI PAINEL LCD COM DIMENSOES DE 261,12 (A) X 163,2 (V) MM, EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL ATOM E3950, 32 GB DE ARMAZENAMENTO EMMC E SAIDA DE VIDEO DP (1.1 OU SUPERIOR, COM SUPORTE OBRIGATORIO A DP++) E HDMI OPCIONAL, NAO LIVREMENTE PROGRAMAVEL, UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE EM APARELHOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, DA MARCA GE, MODELO DO EQUIPAMENTO ONDE SERÁ UTILIZADO, EMPREGADO EXCLUSIVAMENTE NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA OU MANUTENCAO DE BENS DE CAPITAL, PARA USO MEDICO-HOSPITALAR EM SAUDE HUMANA, QUE MANTENHAM A ORIGINALIDADE DO REGISTRO ANVISA DESTE EQUIPAMENTO MEDICO, PART NUMBER 8772120-33-R.

MARCA: GE PRECISION HEALTHCARE LLC



Os processos de fabricação, armazenamento e distribuição deste produto seguem normas das certificações de MDSAP (Medical Device Single Audit Program), ISO 13485, Boas Práticas de Fabricação, entre outras.

O produto foi submetido a testes em conjunto com todos os componentes do equipamento médico, sendo comprovada sua segurança e eficácia, mantendo as características e design do projeto do equipamento e cumprindo os requisitos regulatórios abaixo:

TESTES E VALIDAÇÕES

Portaria Inmetro nº 200, de 29 de abril de 2021

Portaria Inmetro nº 384, de 18 de dezembro de 2020

GARANTIA DE SEGURANÇA E EFICÁCIA

RDC ANVISA nº 848/2024

RDC ANVISA nº 751/2022

VALIDAÇÃO DE FORNECEDORES

RDC ANVISA nº 665/2022