


MODELO: 5351002-H

DESCRIÇÃO TÉCNICA COMPLETA: FONTE DE ALIMENTACAO CORRENTE CONTINUA, USADO, DA MARCA GE, MODELO COMERCIAL DC PHPS-LITE, COM TENSÃO DE ALIMENTACAO EM 42-120VAC, COM CORRENTE NOMINAL DE SAIDA 20MA, COM RETIFICADOR DE CRISTAL, COM FUNCAO DE ALIMENTAR O APARELHO DE RESSONANCIA MAGNETICA, DA MARCA GE, MODELO MR OPTIMA 360, MR BRIVO 355, MR OPTIMA 360 ADVANCED, PARA USO MEDICO-HOSPITALAR EM SAUDE HUMANA, QUE MANTENHAM A ORIGINALIDADE DO REGISTRO ANVISA DESTE EQUIPAMENTO MEDICO, PART NUMBER 5351002-H

MARCA: GE PRECISION HEALTHCARE LLC



Os processos de fabricação, armazenamento e distribuição deste produto seguem normas das certificações de MDSAP (Medical Device Single Audit Program), ISO 13485, Boas Práticas de Fabricação, entre outras.

O produto foi submetido a testes em conjunto com todos os componentes do equipamento médico, sendo comprovada sua segurança e eficácia, mantendo as características e design do projeto do equipamento e cumprindo os requisitos regulatórios abaixo:

TESTES E VALIDAÇÕES

Portaria Inmetro nº 200, de 29 de abril de 2021

Portaria Inmetro nº 384, de 18 de dezembro de 2020

GARANTIA DE SEGURANÇA E EFICÁCIA

RDC ANVISA nº 848/2024

RDC ANVISA nº 751/2022

VALIDAÇÃO DE FORNECEDORES

RDC ANVISA nº 665/2022