

MODELO: 5184208-H

DESCRIÇÃO TÉCNICA COMPLETA: CONECTOR ODU DE ENGATE RÁPIDO, USADO, DA MARCA GE, NOME COMERCIAL QUICK DISCONNECT ASSEMBLY 16 CHANNEL X-MIT (MONTAGEM DE DESCONEXÃO RÁPIDA 16 CANAIS X-MIT), PARA CONEXÃO DE BOBINAS DE RECEPÇÃO ATÉ 32 CANAIS UTILIZADO EM EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, DA MARCA GE, PARA USO MÉDICO HOSPITALAR EM SAÚDE HUMANA, E QUE MANTENHAM A ORIGINALIDADE DO REGISTRO ANVISA DESTE EQUIPAMENTO MÉDICO, PART NUMBER 5184208-H.

MARCA: GE PRECISION HEALTHCARE LLC



Os processos de fabricação, armazenamento e distribuição deste produto seguem normas das certificações de MDSAP (Medical Device Single Audit Program), ISO 13485, Boas Práticas de Fabricação, entre outras.

O produto foi submetido a testes em conjunto com todos os componentes do equipamento médico, sendo comprovada sua segurança e eficácia, mantendo as características e design do projeto do equipamento e cumprindo os requisitos regulatórios abaixo:

TESTES E VALIDAÇÕES

Portaria Inmetro nº 200, de 29 de abril de 2021

Portaria Inmetro nº 384, de 18 de dezembro de 2020

GARANTIA DE SEGURANÇA E EFICÁCIA

RDC ANVISA nº 848/2024

RDC ANVISA nº 751/2022

VALIDAÇÃO DE FORNECEDORES

RDC ANVISA nº 665/2022