


**MODELO:** 8780000-W05-R


**DESCRIÇÃO TÉCNICA COMPLETA:** MAQUINA DE PROCESSAMENTO DE DADOS, RECONDICIONADA, DA MARCA HP, MODELO COMERCIAL HP Z8G4, PROCESSADOR INTEL XEON, 64GB DE ARMAZENAMENTO, UNIDADE DE ENTRADA E SAIDA, VALOR FOB SUPERIOR A US\$ 12.500,00, MAS NAO SUPERIOR A US\$ 46.000,00, UTILIZADA EM APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, DA MARCA GE, PARA USO MEDICO-HOSPITALAR EM SAUDE HUMANA, QUE MANTENHAM A ORIGINALIDADE DO REGISTRO ANVISA DESTE EQUIPAMENTO MEDICO, PART NUMBER 8780000-W05-R.

**MARCA:** HP

**PAINEL FRONTAL:**



**PAINEL TRASEIRO:**



Os processos de fabricação, armazenamento e distribuição deste produto seguem normas das certificações de MDSAP (Medical Device Single Audit Program), ISO 13485, Boas Práticas de Fabricação, entre outras.

O produto foi submetido a testes em conjunto com todos os componentes do equipamento médico, sendo comprovada sua segurança e eficácia, mantendo as características e design do projeto do equipamento e cumprindo os requisitos regulatórios abaixo:

#### **TESTES E VALIDAÇÕES**

Portaria Inmetro nº 200, de 29 de abril de 2021

Portaria Inmetro nº 384, de 18 de dezembro de 2020

#### **GARANTIA DE SEGURANÇA E EFICÁCIA**

RDC ANVISA nº 848/2024

RDC ANVISA nº 751/2022

#### **VALIDAÇÃO DE FORNECEDORES**

RDC ANVISA nº 665/2022