

Referência: 656610

Marca: Intuitive Surgical Inc.

Modelo: Placa de controle dos eixos das articulações dos braços robóticos, para uso com o Sistema Cirúrgico Robótico daVinci IS4200.

Descrição Técnica: Placa de controle dos eixos das articulações dos braços robóticos (ACJ), recebe e transmite o controle e os sinais de comunicação para cada um dos braços robóticos a ela conectado. Também monitora cada um dos sensores e freios presentes nos eixos da articulação do braço robótico. Este componente está instalado no Carro do Paciente do sistema robótico modelo IS4200. Peça empregada exclusivamente na prestação de serviços de assistência técnica de bens de capital.

