

MODELO: 6450000-20-H

DESCRIÇÃO TÉCNICA COMPLETA: MAQUINA DE PROCESSAMENTO DE DADOS (DENOMINADA COMERCIALMENTE DE COMPUTADOR TIPO TORRE), USADA, MARCA HP MODELO COMERCIAL Z820, PROCESSADOR INTEL XEON QUAD CORE, MEMORIA 32 GB TIPO DDR3-1333, QUATRO (4) PORTAS SAS, SETE (7) SLOTS DE EXPANSÃO, PLACA GRAFICA, CONTROLADOR RAID, PLACA DUAL PORT GIGABIT ETHERNET (PLACA DUPLA PORTA GIGABIT ETHERNET), PLACA GPU, 2 DISCOS DE 300GB DE INTERFACE SAS, MAIS DE DUAS UNIDADES DE ENTRADAS E DE SAIDAS, FOB MENOR QUE US\$ 12.500,00, PARA SER UTILIZADA EM APARELHOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA MARCA GE MODELOS VCT64, OPTIMA CT680, OPTIMA CT660 E CT REVOLUTION, PARA USO MEDICO-HOSPITALAR EM SAUDE HUMANA.

MARCA: HP



Os processos de fabricação, armazenamento e distribuição deste produto seguem normas das certificações de MDSAP (Medical Device Single Audit Program), ISO 13485, Boas Práticas de Fabricação, entre outras.

O produto foi submetido a testes em conjunto com todos os componentes do equipamento médico, sendo comprovada sua segurança e eficácia, mantendo as características e design do projeto do equipamento e cumprindo os requisitos regulatórios abaixo:

TESTES E VALIDAÇÕES

Portaria Inmetro nº 200, de 29 de abril de 2021

Portaria Inmetro nº 384, de 18 de dezembro de 2020

GARANTIA DE SEGURANÇA E EFICÁCIA

RDC ANVISA nº 848/2024

RDC ANVISA nº 751/2022

VALIDAÇÃO DE FORNECEDORES

RDC ANVISA nº 665/2022