

MODELO: 6450000-104-R

DESCRIÇÃO TÉCNICA COMPLETA: CONVERSOR ELETRICO ESTATICO DE CORRENTE ALTERNADA EM CORRENTE CONTINUA (FONTE DE ALIMENTACAO RETIFICADORA), RECONDICIONADA, MARCA HP NOME COMERCIAL ""HP 1125W POWER SUPPLY FOR Z-SERIES Z820 WORKSTATION (FONTE DE ALIMENTAÇÃO HP 1125W PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO Z-SERIES Z820)"" , COM UMA POTENCIA DE 1125 WATTS, TENSÃO DE TRABALHO 100VOLTS A 240VOLTS, POSSUI CONJUNTOS DE SEMICONDUTORES COMO ELEMENTOS CONVERSORES, PARA DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM MAQUINAS AUTOMATICAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, QUE MANTENHAM A ORIGINALIDADE DO REGISTRO ANVISA DESTE EQUIPAMENTO MEDICO, UTILIZADO EM EQUIPAMENTOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, MARCA GE MODELOS VCT64 32, OPTIMA CT680, REVOLUTION, DISCOVERY, OPTIMA, BRIVO, PARA USO MEDICO-HOSPITALAR EM SAUDE HUMANA.

MARCA: HP



Os processos de fabricação, armazenamento e distribuição deste produto seguem normas das certificações de MDSAP (Medical Device Single Audit Program), ISO 13485, Boas Práticas de Fabricação, entre outras.

O produto foi submetido a testes em conjunto com todos os componentes do equipamento médico, sendo comprovada sua segurança e eficácia, mantendo as características e design do projeto do equipamento e cumprindo os requisitos regulatórios abaixo:

TESTES E VALIDAÇÕES

Portaria Inmetro nº 200, de 29 de abril de 2021

Portaria Inmetro nº 384, de 18 de dezembro de 2020

GARANTIA DE SEGURANÇA E EFICÁCIA

RDC ANVISA nº 848/2024

RDC ANVISA nº 751/2022

VALIDAÇÃO DE FORNECEDORES

RDC ANVISA nº 665/2022