

MODELO: 6888902-R

DESCRIÇÃO TÉCNICA COMPLETA: CONTROLADOR DE TELA SENSIVEL AO TOQUE, DA MARCA GE, NOME COMERCIAL SEASTONE 10.1 INCH TABLET, ESPECIALMENTE PROGRAMADO PARA FUNCIONAR COMO UM CONTROLADOR DE EXPOSICAO PARA UM SISTEMA DE RAIOS X, SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 5.1 INCLUIDO FOI MODIFICADO PARA LIMITAR O TABLET APENAS A FUNCIONALIDADE DE CONTROLE, UTILIZADO EM APARELHO DE RAIOS X, DA MARCA GE, PARA USO MEDICO-HOSPITALAR EM SAUDE HUMANA, QUE MANTENHAM A ORIGINALIDADE DO REGISTRO ANVISA DESTE EQUIPAMENTO MEDICO, PART NUMBER 6888902-R.

MARCA: GE PRECISION HEALTHCARE LLC

7.4.11 Tablet Control Panel

Part number and photo

P/N: 6888902 Tablet Control Panel (For Config-A and Config-B)



Os processos de fabricação, armazenamento e distribuição deste produto seguem normas das certificações de MDSAP (Medical Device Single Audit Program), ISO 13485, Boas Práticas de Fabricação, entre outras.

O produto foi submetido a testes em conjunto com todos os componentes do equipamento médico, sendo comprovada sua segurança e eficácia, mantendo as características e design do projeto do equipamento e cumprindo os requisitos regulatórios abaixo:

TESTES E VALIDAÇÕES

Portaria Inmetro nº 200, de 29 de abril de 2021

Portaria Inmetro nº 384, de 18 de dezembro de 2020

GARANTIA DE SEGURANÇA E EFICÁCIA

RDC ANVISA nº 848/2024

RDC ANVISA nº 751/2022

VALIDAÇÃO DE FORNECEDORES

RDC ANVISA nº 665/2022