MEMORIAL DESCRITIVO

Testador PE | ELABO SPE 05

1. Identificação do Equipamento

Campo	Informação
Equipamento	Testador PE
Modelo	SPE 05
Tipo	30-6M
Código NCM	9031.80.99

2. Descrição Técnica Detalhada

O equipamento é um testador PE, tipo 30-6M. O equipamento pertence ao grupo de dispositivos descritos no manual de operação ELABO 902A. Portanto, as especificações técnicas e as informações operacionais desse manual são aplicáveis a este dispositivo.

Campo	Informação
Função do equipamento	Testador de continuidade/resistência do condutor de proteção.
Aplicação industrial	Teste da eficácia das conexões do condutor de proteção em equipamentos de classe de proteção I.
Corrente de ensaio de referência	9 a 27 A CA.
Faixa de medição de referência	0 a 0,3 Ω.
Alimentação elétrica de referência	230 V ±10%; 49–61 Hz; 350 VA.
Ambiente de trabalho de referência	10 °C a 50 °C; umidade relativa de 25–75%.
Componentes e acessórios	O equipamento inclui a unidade de teste, o plugue de teste, a ponta de prova e o plugue de alimentação elétrica.

3. Fotografias

ESPAÇOS RESERVADOS PARA FOTOGRAFIAS



