

**MODELO:** 5156321-5-R

**DESCRIÇÃO TÉCNICA COMPLETA:** DISPOSITIVO DE BOMBEAMENTO CENTRIFUGA, USADA, DA MARCA GE, MODELO COMERCIAL HEC FRU PUMP KIT WITH THERMAL PROTECTOR, MONOBLOCO, DE TROCA DE CALOR DE 3HP, DE ESTAGIO UNICO, PARA AGUA, QUE PERMITE A CIRCULACAO DO FLUIDO NO TANQUE PELO CIRCUITO DE RESFRIAMENTO. POSSUI DIAMETRO DE SAIDA DE DESCARGA DE 19MM, DE ACOPLAMENTO DIRETO E POSSUI IMPULSOR DE ENTRADA UNICA, NAO E UMA BOMBA SUBMERSIVEL, POTENCIA NOMINAL DE 2240W, UTILIZADA EM APARELHO DE RESSONANCIA MAGNETICA, DA MARCA GE, PARA USO MEDICO HOSPITALAR EM SAUDE HUMANA, QUE MANTENHAM A ORIGINALIDADE DO REGISTRO ANVISA DESTE EQUIPAMENTO MEDICO, PART NUMBER 5156321-5-R

**MARCA:** GE PRECISION HEALTHCARE LLC



Os processos de fabricação, armazenamento e distribuição deste produto seguem normas das certificações de MDSAP (Medical Device Single Audit Program), ISO 13485, Boas Práticas de Fabricação, entre outras.

O produto foi submetido a testes em conjunto com todos os componentes do equipamento médico, sendo comprovada sua segurança e eficácia, mantendo as características e design do projeto do equipamento e cumprindo os requisitos regulatórios abaixo:

#### **TESTES E VALIDAÇÕES**

Portaria Inmetro nº 200, de 29 de abril de 2021

Portaria Inmetro nº 384, de 18 de dezembro de 2020

#### **GARANTIA DE SEGURANÇA E EFICÁCIA**

RDC ANVISA nº 848/2024

RDC ANVISA nº 751/2022

#### **VALIDAÇÃO DE FORNECEDORES**

RDC ANVISA nº 665/2022