

MODELO: 8771241-81-H

DESCRIÇÃO TÉCNICA COMPLETA: MONITOR DE VIDEO COM TELA DE CRISTAL LIQUIDO (LCD), RECONDICIONADO, MARCA EIZO MODELO COMERCIAL ""FLEXISCAN EV2430"", POLICROMATICO, COM COMPRIMENTO DIAGONAL DA TELA DE 24.1 POLEGADAS, TENSAO DE 100 A 240 VOLTS, FREQUENCIA DE 50 A 60 HERTS, UTILIZADO COM MAQUINAS AUTOMATICAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (COMPUTADORES) DOS EQUIPAMENTOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, MARCA GE MODELO CT REV CT E CT REV ASCEND, PARA USO MEDICO-HOSPITALAR EM SAUDE HUMANA, QUE MANTENHAM A ORIGINALIDADE DO REGISTRO ANVISA DESTE EQUIPAMENTO MEDICO.

MARCA: EIZO



Os processos de fabricação, armazenamento e distribuição deste produto seguem normas das certificações de MDSAP (Medical Device Single Audit Program), ISO 13485, Boas Práticas de Fabricação, entre outras.

O produto foi submetido a testes em conjunto com todos os componentes do equipamento médico, sendo comprovada sua segurança e eficácia, mantendo as características e design do projeto do equipamento e cumprindo os requisitos regulatórios abaixo:

TESTES E VALIDAÇÕES

Portaria Inmetro nº 200, de 29 de abril de 2021

Portaria Inmetro nº 384, de 18 de dezembro de 2020

GARANTIA DE SEGURANÇA E EFICÁCIA

RDC ANVISA nº 848/2024

RDC ANVISA nº 751/2022

VALIDAÇÃO DE FORNECEDORES

RDC ANVISA nº 665/2022