

MODELO: 2292265-H

DESCRIÇÃO TÉCNICA COMPLETA: MODULO DE FONTE DE ALIMENTACAO DIGITAL, USADO, DA MARCA GE, NOME COMERCIAL 5V RF MODULE DIGITAL POWER SUPPLY, TIPO LINEAR, COM ENTRADA EM CORRENTE ALTERNADA E SAÍDA EM CORRENTE CONTINUA, TENSÃO NOMINAL 5V, CORRENTE NOMINAL 9A, POTENCIA 45W, INCLUI CHASSI RF POWER SUPPLY CHICOTES DE CABOS E ETIQUETA, PARA SISTEMA DE RESSONANCIA MAGNETICA, DA MARCA GE, PARA USO MEDICO-HOSPITALAR EM SAUDE HUMANA E MANTENDO A ORIGINALIDADE DO REGISTRO ANVISA DESTE EQUIPAMENTO MEDICO, PART NUMBER 2292265-H

MARCA: GE PRECISION HEALTHCARE LLC



Os processos de fabricação, armazenamento e distribuição deste produto seguem normas das certificações de MDSAP (Medical Device Single Audit Program), ISO 13485, Boas Práticas de Fabricação, entre outras.

O produto foi submetido a testes em conjunto com todos os componentes do equipamento médico, sendo comprovada sua segurança e eficácia, mantendo as características e design do projeto do equipamento e cumprindo os requisitos regulatórios abaixo:

TESTES E VALIDAÇÕES

Portaria Inmetro nº 200, de 29 de abril de 2021

Portaria Inmetro nº 384, de 18 de dezembro de 2020

GARANTIA DE SEGURANÇA E EFICÁCIA

RDC ANVISA nº 848/2024

RDC ANVISA nº 751/2022

VALIDAÇÃO DE FORNECEDORES

RDC ANVISA nº 665/2022