


**MODELO:** 5654251-R

**DESCRIÇÃO TÉCNICA COMPLETA:** CONJUNTO DE COLIMADOR, RECONDICIONADO, DA MARCA GE HEALTHCARE, NOME COMERCIAL COLLIMATOR FD FRU KIT (KIT FRU DO COLIMADOR FD), COM LAMINAS DE CHUMBO AJUSTAVEIS LAMINAS DE CHUMBO AJUSTAVEIS, MANUAL E EMBALAGEM, PARA SISTEMA DE RAIO-X GE, EM EQUIPAMENTO DE HEMODINAMICA MODELO ANGIX, EMPREGADO EXCLUSIVAMENTE NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA OU MANUTENCAO DE BENS DE CAPITAL, PARA USO MEDICO-HOSPITALAR EM SAUDE HUMANA, QUE MANTENHAM A ORIGINALIDADE DO REGISTRO ANVISA DESTE EQUIPAMENTO MEDICO. PART NUMBER 5654251-R

**MARCA:** GE PRECISION HEALTHCARE LLC



Os processos de fabricação, armazenamento e distribuição deste produto seguem normas das certificações de MDSAP (Medical Device Single Audit Program), ISO 13485, Boas Práticas de Fabricação, entre outras.

O produto foi submetido a testes em conjunto com todos os componentes do equipamento médico, sendo comprovada sua segurança e eficácia, mantendo as características e design do projeto do equipamento e cumprindo os requisitos regulatórios abaixo:

#### **TESTES E VALIDAÇÕES**

Portaria Inmetro nº 200, de 29 de abril de 2021

Portaria Inmetro nº 384, de 18 de dezembro de 2020

#### **GARANTIA DE SEGURANÇA E EFICÁCIA**

RDC ANVISA nº 848/2024

RDC ANVISA nº 751/2022

#### **VALIDAÇÃO DE FORNECEDORES**

RDC ANVISA nº 665/2022