

MODELO: 5334180-2-H

DESCRIÇÃO TÉCNICA COMPLETA: DISPOSITIVO DE FILTRAGEM DE RUÍDO RF (RADIOFREQUÊNCIA), USADO, MARCA GE MODELO COMERCIAL 16BEAT DM FILTER ASSY (CONJUNTO DE FILTRO DM 16BEAT), PARA ELIMINAR COMPONENTES DE ALTA FREQUÊNCIA INDESEJADAS NO SINAL DE RADIOFREQUÊNCIA CONECTADO EM LINHA COM INTERFACE DE BOBINAS, EXCLUSIVO PARA SISTEMAS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (MRI), DA MARCA GE, PARA USO MÉDICO-HOSPITALAR EM SAÚDE HUMANA, MANTENDO A ORIGINALIDADE DO REGISTRO ANVISA DESTES EQUIPAMENTOS MÉDICOS. PART NUMBER 5334180-2-H

MARCA: GE PRECISION HEALTHCARE LLC



Os processos de fabricação, armazenamento e distribuição deste produto seguem normas das certificações de MDSAP (Medical Device Single Audit Program), ISO 13485, Boas Práticas de Fabricação, entre outras.

O produto foi submetido a testes em conjunto com todos os componentes do equipamento médico, sendo comprovada sua segurança e eficácia, mantendo as características e design do projeto do equipamento e cumprindo os requisitos regulatórios abaixo:

TESTES E VALIDAÇÕES

Portaria Inmetro nº 200, de 29 de abril de 2021

Portaria Inmetro nº 384, de 18 de dezembro de 2020

GARANTIA DE SEGURANÇA E EFICÁCIA

RDC ANVISA nº 848/2024

RDC ANVISA nº 751/2022

VALIDAÇÃO DE FORNECEDORES

RDC ANVISA nº 665/2022