

MODELO: 5337894-10-H

DESCRIÇÃO TÉCNICA COMPLETA: BANDEJA DE SERVIDOR, USADO, DA MARCA HP, MODELO COMERCIAL X4170, COM TECLADO E MOUSE, COM UM PROCESSADOR INTEL NEHALEM E5520, COM TRES PORTAS ETHERNET, DUAS ENTRADAS USB, UMA PORTA VGA PS2, COM UM HDD SAS DE 73GB, COM FUNCAO DE ENVIAR DADOS PARA O COMPUTADOR DE ARMAZENAMENTO, VALOR FOB ENTRE US\$12.500,00 A US\$46.000,00 PARA USO EM EQUIPAMENTOS DE RESSONANCIA MAGNETICA, DA MARCA GE, MODELO MR OPTIMA 360, MR BRIVO 355, MR OPTIMAS 360 ADVANCED, MR BRIVO 355, PARA USO MEDICO-HOSPITALAR EM SAUDE HUMANA, QUE MANTENHAM A ORIGINALIDADE DO REGISTRO ANVISA DESTE EQUIPAMENTO MEDICO.

MARCA: HP



Os processos de fabricação, armazenamento e distribuição deste produto seguem normas das certificações de MDSAP (Medical Device Single Audit Program), ISO 13485, Boas Práticas de Fabricação, entre outras.

O produto foi submetido a testes em conjunto com todos os componentes do equipamento médico, sendo comprovada sua segurança e eficácia, mantendo as características e design do projeto do equipamento e cumprindo os requisitos regulatórios abaixo:

TESTES E VALIDAÇÕES

Portaria Inmetro nº 200, de 29 de abril de 2021

Portaria Inmetro nº 384, de 18 de dezembro de 2020

GARANTIA DE SEGURANÇA E EFICÁCIA

RDC ANVISA nº 848/2024

RDC ANVISA nº 751/2022

VALIDAÇÃO DE FORNECEDORES

RDC ANVISA nº 665/2022