

MODELO: 5373079-H

DESCRIÇÃO TÉCNICA COMPLETA: TUBO DE RAIO-X, RECONDICIONADO, MARCA GE, MODELO COMERCIAL SOLARIX 350, TUBO-ALVO METALICO DE ALTA GERACAO, COM ALTA DISSIPACAO E ALTO RENDIMENTO, REVESTIDO DE GRAFITE, TECNOLOGIA DE TRANSFERENCIA DE CALOR, LIGACAO GRAFITE-METAL EM TEMPERATURAS ACIMA DE 1450°C, EMPREGADO EXCLUSIVAMENTE NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA OU MANUTENCAO DE BENS DE CAPITAL, UTILIZADO EM EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (CT), MARCA GE, MODELO COMERCIAL OPTIMA, PARA USO MEDICO-HOSPITALAR EM SAUDE HUMANA, MANTENDO A ORIGINALIDADE DO REGISTRO ANVISA DESTE EQUIPAMENTO MEDICO, PART NUMBER 5373079-H

MARCA: GE PRECISION HEALTHCARE LLC



Os processos de fabricação, armazenamento e distribuição deste produto seguem normas das certificações de MDSAP (Medical Device Single Audit Program), ISO 13485, Boas Práticas de Fabricação, entre outras.

O produto foi submetido a testes em conjunto com todos os componentes do equipamento médico, sendo comprovada sua segurança e eficácia, mantendo as características e design do projeto do equipamento e cumprindo os requisitos regulatórios abaixo:

TESTES E VALIDAÇÕES

Portaria Inmetro nº 200, de 29 de abril de 2021

Portaria Inmetro nº 384, de 18 de dezembro de 2020

GARANTIA DE SEGURANÇA E EFICÁCIA

RDC ANVISA nº 848/2024

RDC ANVISA nº 751/2022

VALIDAÇÃO DE FORNECEDORES

RDC ANVISA nº 665/2022