

MODELO: 5156321-4-H

DESCRIÇÃO TÉCNICA COMPLETA: BOMBA CENTRIFUGA PARA LÍQUIDOS, USADA, MARCA GE HEALTHCARE, NOME COMERCIAL HEC FRU PUMP KIT (KIT DE BOMBAS HEC FRU), VAZÃO MÁXIMO 35 GPM, CAPACIDADE DE FLUXO 94,6 L/MIN, SUÇÃO E ESTÁGIO ÚNICO, ACOPLAMENTO FECHADO, COM IMPULSOR DE CANAL (EIXO HORIZONTAL) ADEQUADA PARA O ACIONAMENTO POR CORREIA OU ACOPLAMENTO DIRETO, UTILIZADO NO APARELHO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, MARCA GE, PARA USO MÉDICO-HOSPITALAR EM SAÚDE HUMANA E QUE MANTENHAM A ORIGINALIDADE DO REGISTRO ANVISA DESTA EQUIPAMENTO MÉDICO, PART NUMBER 5156321-4-H

MARCA: GE PRECISION HEALTHCARE LLC



Os processos de fabricação, armazenamento e distribuição deste produto seguem normas das certificações de MDSAP (Medical Device Single Audit Program), ISO 13485, Boas Práticas de Fabricação, entre outras.

O produto foi submetido a testes em conjunto com todos os componentes do equipamento médico, sendo comprovada sua segurança e eficácia, mantendo as características e design do projeto do equipamento e cumprindo os requisitos regulatórios abaixo:

TESTES E VALIDAÇÕES

Portaria Inmetro nº 200, de 29 de abril de 2021

Portaria Inmetro nº 384, de 18 de dezembro de 2020

GARANTIA DE SEGURANÇA E EFICÁCIA

RDC ANVISA nº 848/2024

RDC ANVISA nº 751/2022

VALIDAÇÃO DE FORNECEDORES

RDC ANVISA nº 665/2022