

MODELO: 5329421-102-R

DESCRIÇÃO TÉCNICA COMPLETA: MONITOR DE EQUIPAMENTO DE ENERGIA, RECONDICIONADO, DA MARCA GE, NOME COMERCIAL POWER EQUIPMENT MONITOR ASM - ROHS WITH UPDATED 1-WIRE IF (MONITOR DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIA ASM - ROHS COM 1-WIRE ATUALIZADO SE), COM MODULO ELETRONICO PARA MONITORAMENTO, RESPONSÁVEL PELA DETECCAO DE VAZAMENTO DE LIQUIDO, DETECCAO DE QUALIDADE DE ENERGIA, DETECCAO DE TEMPERATURA E UMIDADE E DETECCAO DE VENTILADOR DE RESFRIAMENTO PARA UM GABINETE DE ELETRONICA DE POTENCIA DE APARELHOS DE RESSONANCIA MAGNETICA, MARCA GE MODELO MR SIGNA HDXT, HDE, PARA USO MEDICO-HOSPITALAR EM SAUDE HUMANA, QUE MANTENHAM A ORIGINALIDADE DO REGISTRO ANVISA DESTE EQUIPAMENTO MEDICO, PART NUMBER 5329421-102-R.

MARCA: GE PRECISION HEALTHCARE LLC



Os processos de fabricação, armazenamento e distribuição deste produto seguem normas das certificações de MDSAP (Medical Device Single Audit Program), ISO 13485, Boas Práticas de Fabricação, entre outras.

O produto foi submetido a testes em conjunto com todos os componentes do equipamento médico, sendo comprovada sua segurança e eficácia, mantendo as características e design do projeto do equipamento e cumprindo os requisitos regulatórios abaixo:

TESTES E VALIDAÇÕES

Portaria Inmetro nº 200, de 29 de abril de 2021

Portaria Inmetro nº 384, de 18 de dezembro de 2020

GARANTIA DE SEGURANÇA E EFICÁCIA

RDC ANVISA nº 848/2024

RDC ANVISA nº 751/2022

VALIDAÇÃO DE FORNECEDORES

RDC ANVISA nº 665/2022