

MODELO: 5316598-H

DESCRIÇÃO TÉCNICA COMPLETA: CABO DE FIBRA OPTICA, USADO, MARCA GE MODELO COMERCIAL FIBER OPTIC CABLE (CABO DE FIBRA OPTICA), COM REVESTIMENTO EXTERNO DE MATERIAL DIELETRICO (PLASTICO POLIETILENO), COM TENSÃO NÃO SUPERIOR A 1000V, MEDINDO 2300MM, COM CONECTORES, RESPONSÁVEL PELA COMUNICAÇÃO DO GANTRY COM A CONSOLE DO OPERADOR, EMPREGADO EXCLUSIVAMENTE NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA OU MANUTENCAO DE BENS DE CAPITAL, UTILIZADO EM EQUIPAMENTOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, MARCA GE MODELO DISCOVERY CT 750HD, PARA USO MEDICO-HOSPITALAR EM SAUDE HUMANA, QUE MANTENHAM A ORIGINALIDADE DO REGISTRO ANVISA DESTE EQUIPAMENTO MEDICO, PART NUMBER 5316598-H.

MARCA: GE PRECISION HEALTHCARE LLC



Os processos de fabricação, armazenamento e distribuição deste produto seguem normas das certificações de MDSAP (Medical Device Single Audit Program), ISO 13485, Boas Práticas de Fabricação, entre outras.

O produto foi submetido a testes em conjunto com todos os componentes do equipamento médico, sendo comprovada sua segurança e eficácia, mantendo as características e design do projeto do equipamento e cumprindo os requisitos regulatórios abaixo:

TESTES E VALIDAÇÕES

Portaria Inmetro nº 200, de 29 de abril de 2021

Portaria Inmetro nº 384, de 18 de dezembro de 2020

GARANTIA DE SEGURANÇA E EFICÁCIA

RDC ANVISA nº 848/2024

RDC ANVISA nº 751/2022

VALIDAÇÃO DE FORNECEDORES

RDC ANVISA nº 665/2022