

MODELO: 5117866-51-H

DESCRIÇÃO TÉCNICA COMPLETA: MAQUINA DE PROCESSAMENTO DE DADOS, USADA, MARCA HP, MODELO COMERCIAL HP8200, PROCESSADOR INTEL XEON, COM 4GB DE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO, MAIS DE DUAS UNIDADES DE ENTRADA E SAÍDA, PLACA DE PROCESSAMENTO GRAFICO MARCA NVIDIA, MODELO FX1500, VALOR FOB MENOR QUE US\$ 12.500,00, UTILIZADO NO CONSOLE DOS EQUIPAMENTOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, DA MARCA GE, PARA USO MEDICO-HOSPITALAR EM SAUDE HUMANA, QUE MANTENHAM A ORIGINALIDADE DO REGISTRO ANVISA DESTE EQUIPAMENTO MEDICO, PART NUMBER 5117866-51-H.

MARCA: HP



Os processos de fabricação, armazenamento e distribuição deste produto seguem normas das certificações de MDSAP (Medical Device Single Audit Program), ISO 13485, Boas Práticas de Fabricação, entre outras.

O produto foi submetido a testes em conjunto com todos os componentes do equipamento médico, sendo comprovada sua segurança e eficácia, mantendo as características e design do projeto do equipamento e cumprindo os requisitos regulatórios abaixo:

TESTES E VALIDAÇÕES

Portaria Inmetro nº 200, de 29 de abril de 2021

Portaria Inmetro nº 384, de 18 de dezembro de 2020

GARANTIA DE SEGURANÇA E EFICÁCIA

RDC ANVISA nº 848/2024

RDC ANVISA nº 751/2022

VALIDAÇÃO DE FORNECEDORES

RDC ANVISA nº 665/2022