

**MODELO:** AW 19 MONITOR FRU

**DESCRIÇÃO TÉCNICA COMPLETA:** MONITOR DE VIDEO COM TELA DE CRISTAL LIQUIDO (LCD), RECONDICIONADO, MARCA BARCO, NOME COMERCIAL AW 19 MONITOR FRU (FRU MONITOR 19 POLEGADAS AW), COM 19 POLEGADAS, TIPO POLICROMATICO, COM VGA E HDMI, UTILIZADO COM MAQUINAS AUTOMATICAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (COMPUTADORES) EMEQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA GE, MODELO COMERCIALS LIGHTSPEED VCT 64, PET OTHERS, DISCOVERY 690, LIGHTSPEED VCT 32, PARA USO MEDICO-HOSPITALAR EM SAUDE HUMANA, MANTENDO A ORIGINALIDADE DO REGISTRO ANVISA, PART NUMBER 5858284-20-R

**MARCA:** BARCO



Os processos de fabricação, armazenamento e distribuição deste produto seguem normas das certificações de MDSAP (Medical Device Single Audit Program), ISO 13485, Boas Práticas de Fabricação, entre outras.

O produto foi submetido a testes em conjunto com todos os componentes do equipamento médico, sendo comprovada sua segurança e eficácia, mantendo as características e design do projeto do equipamento e cumprindo os requisitos regulatórios abaixo:

#### **TESTES E VALIDAÇÕES**

Portaria Inmetro nº 200, de 29 de abril de 2021

Portaria Inmetro nº 384, de 18 de dezembro de 2020

#### **GARANTIA DE SEGURANÇA E EFICÁCIA**

RDC ANVISA nº 848/2024

RDC ANVISA nº 751/2022

#### **VALIDAÇÃO DE FORNECEDORES**

RDC ANVISA nº 665/2022