

MODELO: GB200025-R

DESCRIÇÃO TÉCNICA COMPLETA: PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO RECEPTORA, RECONDICIONADA, DA MARCA GE, NOME COMERCIAL ASSEMBLY GRX64 GB200025-R (MONTAGEM GRX64 GB200025-R), MONTADA COM COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS, RESPONSÁVEL POR TRANSMITIR SINAIS DE ULTRASSOM, ADEQUADO PARA USO EM EQUIPAMENTOS DE ULTRASSOM COM ANÁLISE ESPECTRAL DOPPLER, DE USO EXCLUSIVO PARA ULTRASSOM DE USO MEDICO, PARA USO MEDICO-HOSPITALAR EM SAUDE HUMANA E QUE MANTENHAM A ORIGINALIDADE DO REGISTRO ANVISA DESTE EQUIPAMENTO MEDICO, PART NUMBER GB200025-R

MARCA: GE PRECISION HEALTHCARE LLC



Os processos de fabricação, armazenamento e distribuição deste produto seguem normas das certificações de MDSAP (Medical Device Single Audit Program), ISO 13485, Boas Práticas de Fabricação, entre outras.

O produto foi submetido a testes em conjunto com todos os componentes do equipamento médico, sendo comprovada sua segurança e eficácia, mantendo as características e design do projeto do equipamento e cumprindo os requisitos regulatórios abaixo:

TESTES E VALIDAÇÕES

Portaria Inmetro nº 200, de 29 de abril de 2021

Portaria Inmetro nº 384, de 18 de dezembro de 2020

GARANTIA DE SEGURANÇA E EFICÁCIA

RDC ANVISA nº 848/2024

RDC ANVISA nº 751/2022

VALIDAÇÃO DE FORNECEDORES

RDC ANVISA nº 665/2022