

**MODELO:** 2274196-H

**DESCRIÇÃO TÉCNICA COMPLETA:** PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO, USADA, DAMARCA GE, NOME COMERCIAL INTERFACE AND REMOTE RF TRANSITION (TRANSICAO DE RF INTERFACE E REMOTA), MUNIDA DE COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS PARA DISTRIBUICAO ELETRICA INFERIOR A 1000V, UTILIZADA EM SISTEMA DE IMAGEM POR RESSONANCIA MAGNETICA, DA MARCA GE, PARA USO MEDICO HOSPITALAR EM SAUDE HUMANA, E QUE MANTENHAM A ORIGINALIDADE DO REGISTRO ANVISA DESTE EQUIPAMENTO MEDICO, PART NUMBER 2274196-H.

**MARCA:** GE PRECISION HEALTHCARE LLC



Os processos de fabricação, armazenamento e distribuição deste produto seguem normas das certificações de MDSAP (Medical Device Single Audit Program), ISO 13485, Boas Práticas de Fabricação, entre outras.

O produto foi submetido a testes em conjunto com todos os componentes do equipamento médico, sendo comprovada sua segurança e eficácia, mantendo as características e design do projeto do equipamento e cumprindo os requisitos regulatórios abaixo:

#### **TESTES E VALIDAÇÕES**

Portaria Inmetro nº 200, de 29 de abril de 2021

Portaria Inmetro nº 384, de 18 de dezembro de 2020

#### **GARANTIA DE SEGURANÇA E EFICÁCIA**

RDC ANVISA nº 848/2024

RDC ANVISA nº 751/2022

#### **VALIDAÇÃO DE FORNECEDORES**

RDC ANVISA nº 665/2022