

**DESCRIÇÃO TÉCNICA COMPLETA:** INVERSOR DE FREQUENCIA VARIÁVEL, RECONDICIONADO, DA MARCA GE, NOME COMERCIAL AXIAL DRIVE WITH FIRMWARE 52.010 (ACIONAMENTO AXIAL COM FIRMWARE 52.010), COM UM CONTROLADOR EMBUTIDO PARA CONTROLAR A VELOCIDADE DO MOTOR AXIAL, CONECTADO USANDO CONEXÕES ETHERNET E RECEBE ENTRADA DE UM PC USANDO SOFTWARE, ONDE O USUÁRIO PODE INSERIR O COMANDO DESEJADO, COMO VELOCIDADE DO MOTOR, SENTIDO DE ROTAÇÃO ANTI-HORÁRIO, UTILIZADO EM APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, DA MARCA GE, PARA USO MÉDICO-HOSPITALAR EM SAÚDE HUMANA E QUE MANTENHAM A ORIGINALIDADE DO REGISTRO ANVISA DESTES EQUIPAMENTOS MÉDICOS, PART NUMBER 5344401-2-R

O produto foi submetido a testes em conjunto com todos os componentes do equipamento médico, sendo comprovada sua segurança e eficácia, mantendo as características e design do projeto do equipamento e cumprindo os requisitos regulatórios abaixo:

Portaria Inmetro nº 200, de 29 de abril de 2021  
Portaria Inmetro nº 384, de 18 de dezembro de 2020

RDC ANVISA nº 848/2024  
RDC ANVISA nº 751/2022

## RDC ANVISA nº 665/2022